

Inspectiecertificaat

Klant : DEMO klant BV
Adres : Tasveld 1 B
Postcode : 3417XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 1253489
Omschrijving : AED
Merk : Defibtech Lifeline
Typenummer :
Serienummer :
Object locatie :

Inspectietype : AED
Inspectiedatum : 16-2-2022
Inspectienummer : 6228
Herinspectie voor : 16-2-2023

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Algemeen			
1	AED aanwezig in opbergkast?	Goed	
2	Alarm goed hoorbaar bij openen AED kast? Batterij niet ouder dan 1 jaar?	Goed	
3	AED schoon, onbeschadigd en opgeborgen in draagtas	Goed	
4	Geeft status indicator een groen signaal?	Goed	
5	Zijn handschoenen, schaar, scheermes, doekjes en beademingsmasker aanwezig?	Goed	
6	Zijn elektrodes verzegeld en binnen houdbaarheidsdatum?	Goed	
7	Is de batterij binnen de houdbaarheidsdatum?	Goed	
8	AED niet ouder dan 10 jaar?	Goed	

Opmerking :

Handtekening



Centix B.V.
H. de Jong
Tasveld 1B
3417 XS Montfoort

De inspectie is goedgekeurd