

Klant : Centix Software Demonstratie B.V.	Geïnspecteerd instrument : 125465
Adres : Tasveld 1 B	Omschrijving : Manometer 0-10 Bar
Postcode : 3417 XS Montfoort	Merk : Wika
	Typenummer : 232.30
	Serienummer : 44515547

Inspectietype : Kalibratie manometer 10 Bar	Inspectiedatum : 9-1-2026
Inspectienummer : 9072	Herinspectie voor : 9-1-2027

Gebruiksnauwkeurigheid te kalibreren meetinstrument
 P = ±1% Rdg (±1 Pa)

Gegevens referentie instrument(en)

Kalibrator type	Kalibrator ID	Omschrijving	Serienummer	Kalibratie geldig tot
Manometer	125478	Manometer 0-20 Bar Referentiemeter	874-21547	15-5-2026

Omgevingscondities

Temperatuur kalibratieruimte : 20.1 °C
 Relatieve vochtigheid : 65 %
 Barometrische druk : 1013 hPa

Kalibratie waarden (bij binnenkomst)

Referentiewaarde	Gemeten waarde	Gemeten afwijking	Toegestane afwijking	Voldoet
[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	
0	0	0,000	0,005	Ja
1	1	0,000	0,010	Ja
2,5	2.4	0,100	0,025	Nee
5	5.1	-0,100	0,050	Nee
7,5	7.5	0,000	0,075	Ja
9	9	0,000	0,090	Ja
10	010	0,000	0,100	Ja

Kalibratie waarden (bij uitgifte)

Referentiewaarde	Gemeten waarde	Gemeten afwijking	Toegestane afwijking	Voldoet
[Bar]	[Bar]	[Bar]	[Bar]	
0	0	0,000	0,005	Ja
1	1	0,000	0,010	Ja
2,5	2.48	0,020	0,025	Ja
5	5	0,000	0,050	Ja
7,5	7.5	0,000	0,075	Ja
9	9	0,000	0,090	Ja
10	10	0,000	0,100	Ja

Overige

Is het instrument gejusteerd? Ja
 Is het instrument gerepareerd? Nee

Beoordeling: Het instrument voldoet na justering aan de kalibratiespecificaties.

Opmerking: Instrument gejusteerd i.o.m. klant

Handtekening



Handtekening
voorbeeld

Centix Software Demonstratie B.V.
 Janssen